

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę *	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38430000-8	Stacjonarno-przenośne urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.	Analizator działający na zasadzie absorpcji promieniowania podczerwonego, do stosowania jako stacjonarny i przenośny. Wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego - 0 mg/l Wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 2mg/l Rozdzielczość w trakcie użytkowania – 0,01 mg/l Urządzenie musi podawać wynik pomiaru w miligramach na liter (mg/l) Urządzenie musi pracować w zakresie temperatur nie mniej niż 5 – 30° C Błędy graniczne dopuszczalne wskazań analizatora nie przekraczające $\pm$ 0,02 mg/l w zakresie pomiarowym od 0 mg/l do 0,4 mg/l i $\pm$ 5 % w zakresie pomiarowym od 0,4 mg/l do 2 mg/l. Powtarzalność wskazań analizatora powinna być taka, aby odchylenie standardowe, eksperymentalne, obliczone dla serii pomiarowej składającej się z 10 pomiarów, nie przekraczało wartości równej 1/3 błędów Rodzaj pomiaru - automatyczny		Kpl.	10		

Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA: W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę *	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38430000-8	Stacjonarno-przenośne urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.	Zasilanie z sieci prądu przemiennym 230V lub akumulatora samochodowego 12V- zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej Obudowa powinna być odporna na uderzenia i gwarantująca zabezpieczenie przed wilgocią, wyposażona w uchwyt służący do przenoszenia urządzenia. Niezbędne funkcje urządzenia: Automatyczna kontrola prawidłowego działania przed i po każdym pomiarze. Automatyczne zerowanie. Sygnalizacja gotowości do przyjęcia próbki wydychanego powietrza. Sygnalizacja tzw. Alkoholu zalegającego (bez podawaniu wyniku) Kontrola ciągłości wydechu potwierdzona sygnałem dźwiękowym lub w inny sposób. Wbudowane urządzenie drukujące, które podaje następujące informacje : nazwę(symbol) i numer fabryczny analizatora, datę (rok, miesiąc, dzień), czas wykonania testu (godzina, minuta), wynik wraz z jednostką miary, datę ostatniego wzorcowania lub datę następnego wzorcowania (kalibracji), z możliwością wygenerowania kopii z miejscem przewidzianym na wpisanie danych personalnych badanego (imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości) podpis i pieczętkę badającego.		Szt.	10		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA: W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			Wyświetlacz powinien podawać wynik w postaci cyfrowej na ekranie ciekłokrystalicznym lub alfanumerycznym. Wielkość cyfr nie mniejsza niż 5mm dla oświetlanego wyświetlacza lub 10mm dla innego rodzaju wyświetlacza. Łatwy odczyt wyniku w warunkach nocnych bez pomocy dodatkowych urządzeń. Konstrukcja umożliwiająca badanie za pomocą jednorazowych, wymiennych ustników. Niezbędne wyposażenie: Zapasowa kaseta barwiąca do drukarki (w przypadku drukarek igłowych). Kable zasilające dla prądu przemiennego 230V i z akumulatora samochodowego 12V. Pięć rolek papieru stosowanego w drukarce. Sto sztuk ustników jednorazowego użytku. Ustniki muszą posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej (ważne na dzień dostawy), wydane przez Państwowy Zakład Higieny, albo podobną organizację międzynarodową z kraju UE Inne wymagania: Prosty w obsłudze: informacje ukazujące się na ekranie oraz komendy w języku polskim lub przedstawione za pomocą łatwo rozpoznawalnych symboli (piktogramów). Możliwość wykonania pomiaru przy minimalnej objętości wydychanego powietrza wynoszącej 1,5 l.		Szt.	10		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA: W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofe

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38430000-8	Stacjonarno-przenośne urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.	Nadciśnienie niezbędne do wykonania pomiaru nie większe niż 25 hPa. Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do elementów przeznaczonych do regulacji przyrządu oraz zmiany jego oprogramowania Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim. Gwarancja 24 miesiące. W okresie gwarancji- koszty wzorcowania oraz przekazania urządzenia do wzorowania będzie ponosił Wykonawca. Świadectwo wzorcowania analizatora (wykonanego nie wcześniej niż miesiąc przed dostawą) wydane przed akredytowane laboratorium wzorujące posiadające certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub innej międzynarodowej organizacji akredytującej z kraju EU, dostarczone na etapie odbioru ilościowo-jakościowego. Pozytywna opinia Instytutu Ekspertyz Sadowych, GUM albo innej instytucji metrologicznej z kraju EU, potwierdzająca zgodność analizatora wydechu z wytycznymi zalecenia OIML R126 Edition 1998 (E) <i>Evidential Breath Analyzers</i>, wydanego przez Międzynarodową Organizację		Szt.	10		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA: W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty.

.....

Podpis osoby uprawnionej

