



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02

Radom, dn. 08.11.2018r.

L.dz. ZP- 2672/18

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 3

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986).

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „**Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem**”
Nr sprawy 79/18

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy wyjaśnień i zmiany treści SIWZ w odpowiedzi na złożone przez wykonawców pytania:

Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnością w odpowiedziach proszę o informację czy dopuszczają Państwo system headspace z możliwością stosowania fiolek o pojemności 10 i 20ml ale bez 22ml.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza system headspace z możliwością stosowania fiolek o pojemności 10 i 20ml ale bez 22ml.

W Załączniku nr 1 do SIWZ strona 2 wiersz 1 winno być:

Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace musi posiadać:

- automatyczny podajnik próbek z tacą na co najmniej 40 fiolek o pojemności od **co najmniej 20 ml do maksymalnie 22 ml**
- lub**
- **automatyczny podajnik próbek z tacą na co najmniej 40 fiolek o pojemnościach fiolek co najmniej 10 ml oraz 20 ml**
- dezaktywowaną linię transferową
- programowaną temperaturę linii transferowej w zakresie co najmniej do 210°C
- piec na co najmniej 10 fiolek
- programowaną temperaturę pieca w zakresie co najmniej do 210°C.

Z poważaniem
KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
/-/ mgr Julita Dudzińska

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 3 wraz z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część Formularza ofertowego po zmianach z dnia 08.11.2018r. na godz. 14:10 opublikowane zostały na stronie zamawiającego w dniu 08.11.2018r

Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
dokument wytworzył : Anna Ozga