

### Wyjaśnienie treści SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Kompaktowy, przenośny spektrofotometr pracujący w średniej podczerwieni (MIR) w transmisji i odbiciu  
wewnętrznym osłabionym (ATR)” - Nr sprawy 82/18

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia:

#### Pytanie 1

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – przystawka ATR

Czy Zamawiający wymaga, aby przystawka ATR miała zintegrowany czujnik siły docisku zapewniający stałą siłę sygnału próbki oraz zapewniający brak przesunięć pasm widma? Z analitycznego punktu widzenia takie rozwiązanie zapewnia niezrównaną jakość pomiarów i umożliwia ich standaryzację a zintegrowany czujnik siły docisku chroni kryształ przystawki ATR przed mechanicznym uszkodzeniem.

#### Odpowiedź

Zawiadamiający nie wymaga, aby przystawka ATR miała zintegrowany czujnik siły docisku zapewniający stałą siłę sygnału próbki oraz zapewniający brak przesunięć pasm widma.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Justyna Budzińska

Sekcja Zamówień Publicznych  
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu  
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik